COMED	Fiche Technique et de Sécurité Verre à boire **Réf. N° : 16 200 10** **TCE3**	Crée le : **28.11.2012** Mise à jour:**08/04/13** Indice : d p 1/1

Description générale	Verre à boire de 50 à 250 ml , dispsoitif non médical.	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Oui	Autoclave, oxyde d'éthylène
Autoclavable	Oui	À 121°C pendant 20 min
Nettoyage	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas le polypropylène PP.
Substance impropre	Produit attaquant le polypropylène,impropre au micro ondes.	
Pièces constitutives	Oui	Couvercle à bec amovible et verre.
Matières	En polypropylène	
Phtalates/PVC	Non/Non	
Etiquetage	Non	
Emballage	Oui	En sachet individuel
Stockage particulier	Oui	Sec et propre à l'abri du soleil.
Marquage sur le DM	Oui	PP, CE
Références + extensions		16 200 10
Désignation		Verre à Boire pour malade
Dimensions h x Ø (mm)		115 x 78
Contenance/Capacité (ml)		250
Résistance température (C°)		-20 à + 90°C
Poids net (g)		46
Couleurs		Vert transparent
Utilisation		Dispositif permettant de donner à boire aux malades
Mode d'emploi		Enlever la partie supérieure du verre à boire et remplissez le verre. Refermer le couvercle et vérifier que celui ci est bien enfoncé. Faites un test d'étanchéité. Ne pas mettre au micro ondes.
Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique		Bien vérifier que le verre est étanche et que l'orifice du bec est bien propre.Nettoyage préalable avant la première utilisation.Après chaque utilisation nettoyer bien le verre et plus particulièrement le bec du couvercle , risque de contamination croisée.
Recyclage		Oui
Récupération		Dans les bacs de déchets plastiques.
DEEE/REACH		Non/ Non
Données de sécurités		Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : ARQ
Paraphe : L.H.

COMED sarl
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr